

RECORD Spritze (CA-150-01/-02/-05/-10/-20/-50)

1. Den Kolben aus dem Zylinder ziehen.



2. Das Instrument ist demontiert.

