

**LAFORCE Adenotom (EG-461-01)**


1. Die Feststellmutter an der Vorderseite des Instruments lösen.



2. Den Führungsschaft bis zum Anschlag ziehen.



3. Den Führungsschaft aus der Halterung am Griff drehen und aus seiner Halterung heben.



4. Die Klinge vorsichtig komplett aus ihrer Halterung ziehen.



5. Das Instrument ist demontiert.

