



LEGUEU Blasen- u. Wundspreizer (GG-613-00)


1. Die Feststellschraube lösen.



2. Die Valve vom Instrument entfernen.



3. Das Instrument in 2 Teile trennen.



4. Das Instrument ist demontiert.

